



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



PROCESSO Nº 23854.001358/2024-90  
PREGÃO Nº 17/2023

**PARECER TÉCNICO**

Nº do item na DL	Unidade	Qtd.	Denominação/descrição	Empresa Ganhadora	Resultado da análise
1	Unidade	1	AGITADOR MAGNÉTICO, COM AQUECIMENTO DE AJUSTE DIGITAL ATÉ 550°C, GABINETE METÁLICO ANTICORROSIVO AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO 120V/60HZ; FAIXA DE VELOCIDADE: 60-1150RPM; MICROPROCESSADOR MANTÉM AS CONFIGURAÇÕES DE TEMPERATURA CONSISTENTES E REPETÍVEIS DE 5°C (SE A TEMPERATURA AMBIENTE FOR 0°C OU INFERIOR) ATÉ 550°C; DISPLAY DIGITAL LED DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL EM INCREMENTOS DE 5°C	INFOKO COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 28.790.815/0001-30	<b>APROVADO</b>
2	Unidade	2	AUTOCLAVE, DESCONTAMINAÇÃO, TIPO ESTRUTURA CALDEIRA VERTICAL EM AÇO INÓXIDAVEL, AISI 304, CAPACIDADE 75L	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 32.593.430/0001-50	<b>APROVADO</b>
3	Unidade	1	BALANÇA, DIGITAL, CAPACIDADE PESAGEM 200KG, DIVISÕES DE 100G, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA NA FAIXA DE 1,00M A 2,00M,	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA CNPJ: 68.886.605/0001-65	<b>APROVADO</b>
4	Unidade	1	BOMBA DE INFUSÃO. MATERIAL: SILICONE. ADMINISTRAÇÃO: ENTERAL/PARENTERAL. PROGRAMAÇÃO ML/H, GOTAS, VOLUME/TEMPO. TIPO: VOLUMÉTRICAS (LINEAR). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALÇA PARA TRANSPORTE, TECLADO DE MEMBRANA. ACESSÓRIOS: PERMITE A FIXAÇÃO DE ATÉ 3 EQUIPAMENTOS.	ABC EQUIPAMENTO S HOSPITALARES LTDA CNPJ: 40.014.621/0001-49	<b>APROVADO</b>
5	Unidade	1	BOMBA, VÁCUO, 12 CFM, DUPLO ESTÁGIO, VACUÔMETRO, VÁCUO MÁXIMO 0 A 760 MMHG, TENSÃO:	BETAQUIMICA EQUIPAMENTO S PARA LABORATORIO	<b>APROVADO</b>



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



			110/220V	LTDA CNPJ: 48.706.431/0001 -02	
6	Unidade	1	BOMBA, VÁCUO, ASPIRADORA, MOTOR 1/30 HP, VOLTAGEM 110/220V, 60 HZ, AUTOMÁTICO, BAIXO CONSUMO ENERGIA, 91W, FRASCO COLETOR 1,3L, VÁCUO MÁXIMO 22" HG, VÁLVULA SEGURANÇA CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO, VAZÃO LIVRE 15 LT/MIN, ACOMPANHA 03 CÂNULAS, TUBO DE SILICONE E PEDAL	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA <b>CNPJ:</b> 16.684.742/0001 -13	<b>APROVADO</b>
7	Unidade	1	CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA, TIPO: TIPO A, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FILTRO HEPA NA EXAUSTÃO, NB-1, NB-2, CLASSE II, RECIRCULAÇÃO DE 70% DE AR, VOLTAGEM 220V. CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA, TIPO A, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FILTRO HEPA NA EXAUSTÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NB1, NB-2, CLASSE II, FLUXO DE AR: RECIRCULAÇÃO DE 70% DE AR, TIPO EXAUSTOR: EXAUSTÃO AMBIENTE INTERNO, COMPONENTES: JANELA CORREDIÇA, LÂMPADA GERMICIDA, LUZ INTERNA, OUTROS COMPONENTES: TOMADA, VOLTAGEM: 220	BRONKS COMERCIO LTDA CNPJ: 48.828.129/0001 -19	<b>APROVADO</b>
8	Unidade	4	CARRINHO, APLICAÇÃO TRANSPORTE, COM CUBA 190L, MATERIAL AÇO INOX, QUATRO RODAS GIRATÓRIAS DE 5 POLEGADAS SENDO DUAS RODAS COM FREIO. COM VALVULA DE DRENO P/ ESCOAMENTO DE LIQUIDOS. CARRINHO DISTRIBUIÇÃO, APLICAÇÃO: TRANSPORTE, TIPO: CARRO CUBA DE 190 LITROS, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BANDEJA: CHAPA AÇO INOXIDÁVEL. ALTURA: 800 MM, COMPRIMENTO: 904 MM, LARGURA: 650 MM. TIPO RODÍZIO: DIÂMETRO DE 5", 4 SENDO 2 C/ TRAVA P/ ESTACIONAR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DRENO COM VÁLVULA DE ESFERA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDO.	MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA CNPJ: 39.972.025/0001 -92	<b>APROVADO</b>



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



9	Unidade	1	CHAPA AQUECEDORA, AQUECEDOR DE LABORATÓRIO, TEMPERATURA DE 50° A 300°. CHAPA AQUECEDORA, GABINETE EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; PLATAFORMA DE AQUECIMENTO EM ALUMÍNIO POLIDO COM RESISTÊNCIA TUBULAR E BLINDADA INCORPORADA; AQUECIMENTO CONTROLADO POR SISTEMA ELETRÔNICO AJUSTÁVEL PELO USUÁRIO COM ESCALA REFERENCIAL ENTRE OS PONTOS DE 0 A 10; ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS; POTÊNCIA: 1500 WATTS; TEMPERATURA: DE 50 A 300°C;	FLASHLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 30.569.912/0001 -40	<b>APROVADO</b>
10	Unidade	1	DESTILADOR, ÁGUA, CAPACIDADE 3 L/H, VOLTAGEM 220 V, DESCARGA RÁPIDA, LAMPADA DE INDICAÇÃO. DESTILADOR DE ÁGUA. CAPACIDADE: 3 LITROS, VOLTAGEM 220V, CARACTERÍSTICAS: DESCARGA RÁPIDA NA FALTA D'ÁGUA, LAMPADA DE INDICAÇÃO.	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ28.877.319 /0001-19	<b>APROVADO</b>
11	Unidade	1	DISPENSADOR DE PARAFINA, CAPACIDADE DE ATÉ 4 LITROS DE PARAFINA, DISPENSA ATÉ 5ML. DISPENSADOR DE PARAFINA, VOLTAGEM 220 V / 50-60 HZ CORRENTE MÁXIMA DE ENTRADA: 220 V = 1,50 A; POTÊNCIA: 484 W; FUSÍVEL: Ø5X20MM, CORRENTE 6,3A (127 V E 220 V); PROTETOR TÉRMICO: DESARME PARA ALTA TEMPERATURA QUANDO ATINGE 100 °C. DESLIGAMENTO GERAL DO EQUIPAMENTO. REARME AUTOMÁTICO ABAIXO DE 95 °C; MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUO; PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NÓCIVA DE ÁGUA: IPX0; CAPACIDADE: ATÉ 4 LITROS DE PARAFINA; CONTROLE DE TEMPERATURA: DE TEMPERATURA AMBIENTE ATÉ 90°C COM VARIAÇÃO DE ATÉ +- 2°C ATRAVÉS DE TERMOSTATO DIGITAL; MEDIDAS APROXIMADAS, ALTURA DA CUBA: 155 MM; DIÂMETRO INTERNO DA CUBA: 180 MM; PROFUNDIDADE DA TORNEIRA: 60 MM; LARGURA DO EQUIPAMENTO: 310 MM; ALTURA DO EQUIPAMENTO: 180 MM; PROFUNDIDADE DO EQUIPAMENTO: 295 MM.	DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 32.578.926/0001 -55	<b>APROVADO</b>



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



12	Unidade	1	ESTUFA LABORATÓRIO, AÇO INOX, 110L, 3 BANDEJAS, PORTA DE VIDRO, PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA ESTUFA PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA CERCA DE 110 LITROS. MEDIDAS APROXIMADAS 53X48X42C M (A-L-P). GABINETE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO (PINTURA) EM EPÓXI TEXTURIZADO ELETROSTÁTICO. - CÂMARA INTERNA EM AÇO CARBONO SAE 1020, COM PINTURA EM EPÓXI BRANCO LISO, COM OPCIONAL EM AÇO INOX. - SAÍDA SUPERIOR – RESPIRO PARA GASES, UMIDADE OU ACOMODAÇÃO DO TERMÔMETRO. AMBIENTE +5°C ATÉ 70°C, CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL PID AUTOTUNING DISPLAY LED 4 DÍGITOS RESOLUÇÃO 0,1°C PARA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DE PROCESSO TIMER PROGRAMÁVEL DE 1 A 9999 MINUTOS DE 1 EM 1 MINUTO INDICAÇÃO DE PROCESSO LED SENSOR DE TEMPERATURA PT 100 CABO DE ALIMENTAÇÃO COM PLUG DE 3 PINOS, DUAS FASES E UM TERRA, NBR 14136 HOMOGENEIDADE TÉRMICA+/- 1°C PRECISÃO DO SISTEMA+/- 1°C	EVEN COMERCIAL LTDA <b>CNPJ:</b> 53.568.001/0001 -01	<b>APROVADO</b>
13	Unidade	1	FOCO, CLÍNICO, PORTÁTIL, MATERIAL BASE METÁLICA COM PINTURA EPÓXI E RODÍZIOS, LUMINOSIDADE 20.000 LUX FOCO CIRURGICO, TIPO: CLÍNICO, PORTÁTIL; LÂMPADA/VIDA ÚTIL: LED MÍN 20.000 H; LUMINOSIDADE: CERCA DE 20.000 LUX ALTURA: ALTURA AJUSTÁVEL; ESTRUTURA 1: HASTE RÍGIDA E PARTE SUPERIOR FLEXÍVEL CROMADAS; RODÍZIOS: BASE METÁLICA, C/ PINTURA EPÓXI, C/ RODÍZIOS.	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA <b>CNPJ:</b> 32.593.430/0001 -50	<b>APROVADO</b>
14	Unidade	1	FONTE, ENERGIA, APLICAÇÃO APARELHO ELETROFORESE, ALTA CORRENTE - LPS 300HC FONTE, ENERGIA, APLICAÇÃO APARELHO ELETROFORESE DE ALTA CORRENTE - LPS 300HC. ESTE EQUIPAMENTO FORNECE ENERGIA PARA ENSIOS DE ELETROFORESE COM DNA E RNA GENÔMICO, PROTEÍNAS, PCR, MINI-PREPS E BLOTTINGS.	PHTRON INSTRUMENTO S DE MEDICAO LTDA <b>CNPJ:</b> 52.198.69 9/0001-40	<b>APROVADO</b>



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



15	Unidade	1	MEDIDOR DE ÍNDICE ACIDEZ, PHMETRO DIGITAL, MODELO BANCADA, FAIXA DE MEDIÇÃO 0 A 14 PH. PHMETRO DE BANCADA COM ATC. PH0-14. 220V. EQUIPAMENTO LEVE; DISPLAY AMPLA EM LCD; INFORMAÇÕES TÉCNICAS: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DESCRIÇÃO FAIXA DE MEDIÇÃO DE PH 0,00-14,00. FAIXA DE MEDIÇÃO DE MV -1999 A 999MV. FAIXA DE TEMPERATURA 0° – 99,9°C. RESOLUÇÃO 0,01 PH; 1MV; 0,1°C. CONECTOR BNC COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA SIM. PESO 1,5 KG. DIMENSÕES 290 X 210 X 95 MM. TENSÃO AC 110 V/60 HZ OU AC 220 V/60 HZ	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA CNPJ 01.808.192/0001-20	<b>APROVADO</b>
16	Unidade	1	MEDIDOR, ÍNDICE ACIDEZ (PHMETRO), COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA COMPREENDENDO O INTERVALO DE 0°C À 100°C, CALIBRAÇÃO EM NO MÍNIMO TRÊS PONTOS, DISPLAY EM LCD E ALFANUMÉRICO, INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DO VALOR DE PH, MV E TEMPERATURA, FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0,00 PH A 14,00 PH E ± 2000 MV, SUPORTE DOS ELETRODOS COM PLATAFORMA E BRAÇO ARTICULADO, RESOLUÇÃO DE PH 0,001 / 0,01 / 0,1, RESOLUÇÃO DE CONCENTRAÇÃO 0,1 / 0,01, RESOLUÇÃO DE TEMPERATURA 0,1 °C, SENSOR DE TEMPERATURA EM AÇO INOX, FONTE DE ALI. MEDIDOR, ÍNDICE ACIDEZ (PHMETRO), COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA COMPREENDENDO O INTERVALO DE 0°C À 100°C, CALIBRAÇÃO EM NO MÍNIMO TRÊS PONTOS, DISPLAY EM LCD E ALFA NUMÉRICO, INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DO VALOR DE PH, MV E TEMPERATURA, FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0, 00 PH A 14,00 PH E ± 2000 MV, SUPORTE DOS ELETRODOS COM PLATAFORMA E BRAÇO ARTICULADO, RESOLUÇÃO DE PH 0,001 / 0,01 / 0,1, RESOLUÇÃO DE CONCENTRAÇÃO 0,1 / 0,01, RESOLUÇÃO DE TEMPERATURA 0,1 °C, SENSOR DE TEMPERATURA EM AÇO INOX, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 110/220 V, ELETRODO COMBINADO DE PH, SOLUÇÃO PADRÃO TAMPÃO PH 7 E PH 4	EVEN COMERCIAL LTDA CNPJ: 53.568.001/0001-01	<b>APROVADO</b>



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ**  
**PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**



17	Unidade	1	MESA, ANATOMIA, APLICAÇÃO NECRÓPSIA, ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTRUTURA GABINETE INFERIOR COM PORTAS, PIA COM TORNEIRA, TRITURADOR, ASPIRADOR, SUPERFÍCIE COM PLACAS PERFURADAS E REMOVÍVEIS, COMPRIMENTO CERCA DE 2600MM		<b>APROVADO</b>
18	Unidade	1	MESA, MAYO, MATERIAL ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ALTURA REGULÁVEL, COM BANDEJA EM AÇO INOX MÍNIMO DE 46X30CM, 3 RODÍZIOS	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA <b>CNPJ:</b> 32.593.430/0001-50	<b>APROVADO</b>
19	Unidade	1	PLACA REFRIGERADA, APLICAÇÃO EM HISTOLOGIA, CAPACIDADE DE ATÉ 100 CASSETES. PLACA REFRIGERADA – PR19, CAPACIDADE: 100 CASSETES PLÁSTICOS OU 80 BLOCOS DE PARAFINA. ALTURA: 262MM / LARGURA: 486MM / PROFUNDIDADE: 610MM; PESO LIQUIDO: 30 KG; POTÊNCIA: 200 WATTS TENSÃO: 110 VOLTS OU 220 VOLTS 50/60 HERTZ; CORRENTE: 1 A (220VAC) E 2 A (110VAC); PROTEÇÃO: ATRAVÉS DE FUSÍVEL; TEMPERATURA DE TRABALHO ATÉ -20°C.	CPM - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA <b>CNPJ:</b> 26.159.355/0001-11	<b>APROVADO</b>
20	Unidade	1	SERRA ELÉTRICA, 180W, USO PARA CORTE DE GESSO HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO DE FORÇA 3M, ELÉTRICA, 180W MODELO: MOTOR TIPO UNIVERSAL MÍNIMO 18.000RPM	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA <b>CNPJ:</b> 16.684.742/0001-13	<b>APROVADO</b>

Jataí, 26 de março de 2024.

---

**Glydson Peres e Pires**  
**Administrador Curso de Medicina**