



Quadro informativo



> Seleção de fornecedores - Julgamento

Seleção de forn

Pregão Eletrônico N° 90211/2025 (Lei 14.133/2021)

Online

UASG 156678 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

Pregão Eletrônico N° 9021

UASG 156678 - UNIVERSIDADE

Critério julgamento: Menor Preço / Ma

Avisos (0)

Impugnações (0)

Esclare

Disputa



05/11/2025 21:25



Boa tarde,



Sr. Pregoeiro

Referente ao item 04

CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA, TIPO A, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FILTRO HEPA NA EXAUSTÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NB-1, NB-2, CLASSE II, FLUXO DE AR: RECIRCULAÇÃO DE 70% DE AR, TIPO EXAUSTOR: EXAUSTÃO AMBIENTE INTERNO, COMPONENTES: JANELA CORREDIÇA, LÂMPADA G ERMICIDA, LUZ INTERNA, OUTROS COMPONENTES: TOMADA, VOLTAGEM: 220

Qual o tamanho?
Silvana Carvalho JKLAB



Segue abaixo o tamanho através das dimensões conforme solicitado no pedido de esclarecimento.

Medidas Internas
Largura 1266
Profundidade 590
Altura 610

Medidas Externas
Largura 138
Profundidade 720
Altura 2080 com a base

UFJ Moisés Roque de Oliveira

05/11/2025 21:23



Boa tarde,



Sr. Pregoeiro

Referente ao item 04



Adjudicação/ Homologação



23 SISTEMA ELETROFORESE

Exclusividade ME/EPP

Julgado (em intenção)

44.214.782/0001-37

ME/EPP

Programa de integridade

Aceita

Valor ofertado (unitário) R\$ 5.100,000

Valor negociado (unitário) -

PROPOSTA

ANEXO

Valor proposta (unitário | total)
R\$ 5.100,0000 | R\$ 5.100,000

Valor negociado (unitário | total)
-

Quantidade ofertada
1

Modelo/Versao
LCH 20x25

Participação etapa fechada
Convocação ignorada

Participação disputa final
Não se aplica

Critério de desempate utilizado no
Não se aplica

Declaração de conteúdo nacional
Não

29.216.954/0001-18

ME/EPP

Programa de integridade

Valor ofertado (unitário) R\$ 999.999,00

Valor negociado (unitário) -

39.425.550/0001-98

ME/EPP

r

Desclassificar

DS



37.145.431/0001-56

ME/EPP

Programa de integridade

Valor ofertado (unitário) R\$ 103.260,00

Valor negociado (unitário) -

Quadro informativo

Pregão Eletrônico N° 90211/2025 (Lei 14.133/2021)**UASG 156678 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI** ⓘ

Avisos (0)

Impugnações (0)

Esclare

.ar

Revogar

05/11/2025 21:25



Boa tarde,

Sr. Pregoeiro



Referente ao item 04

CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA, TIPO A, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FILTRO HEPA NA EXAUSTÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NB-1, NB-2, CLASSE II, FLUXO DE AR: RECIRCULAÇÃO DE 70% DE AR, TIPO EXAUSTOR: EXAUSTÃO AMBIENTE INTERNO, COMPONENTES: JANELA CORREDIÇA, LÂMPADA GERMICIDA, LUZ INTERNA, OUTROS COMPONENTES: TOMADA, VOLTAGEM: 220

Qual o tamanho?

Silvana Carvalho JKLAB



Segue abaixo o tamanho através das dimensões conforme solicitado no pedido de esclarecimento.

Medidas Internas

Largura 1266

Profundidade 590

Altura 610

Medidas Externas

Largura 138

Profundidade 720

Altura 2080 com a base

UFJ Moisés Roque de Oliveira

05/11/2025 21:23



Boa tarde,

Sr. Pregoeiro

Referente ao item 04



SILVIANY DA SILVA COUTINHO GUIMARAES <silviany.guimaraes@ufj.edu.br>

Esclarecimentos PE 90211/2025 _ UF de Jataí - GO _ Abertura: 06/11/2025

5 mensagens

Licitações [Proscience] <licitacoes@proscience.com.br>
Para: "licitacao@ufj.edu.br" <licitacao@ufj.edu.br>

28 de outubro de 2025 às 12:23

Bom dia!

Espero que estejam bem.

Seguem solicitações de esclarecimento.

Gostaríamos de solicitar esclarecimentos referentes às especificações técnicas dos produtos solicitados.

Item 11 – Fonte de eletroforese

1. Equipamentos com uma faixa de tensão de 10 a 300V com incrementos de 1V atendem integralmente às atribuições do equipamento que pretendem adquirir?
2. Qual a faixa de tensão desejada para o equipamento em questão?
3. Equipamentos com uma faixa de potência de 01 a 150W com incrementos de 1W atendem integralmente às atribuições do equipamento que pretendem adquirir?
4. Dimensões de 16cm X 20cm X 12cm atendem idealmente ao que buscam para o equipamento em questão?

Item 12 – Incubadora de CO2

1. Visto que não haverá perda na funcionalidade do produto, equipamentos com uma capacidade de 188L atendem ao que buscam?
2. Equipamentos com sistema de aquecimento por “jaqueta de ar quente” se enquadram idealmente ao que buscam no equipamento que pretendem adquirir?
3. Equipamentos com sistema de esterilização por “calor seco a 140°C” se enquadram idealmente ao que buscam no equipamento que pretendem adquirir?

Item 24 – Transiluminador tipo UV

1. No descritivo são citados 3 tipos de filtros distintos. Visto que, cada equipamento pode ser dotado de apenas um filtro de uma única dimensão, qual a dimensão ideal do filtro para o equipamento que pretendem adquirir?
2. Equipamentos com alimentação 110V ou 220V poderão concorrer ao certame? Em caso positivo, qual a voltagem ideal?

Os esclarecimentos são de suma importância para aumentar a oferta e disputa pelos itens, além da disponibilidade dos produtos adequados.

Atenciosamente,



EMILY MATOS

DEP. LICITAÇÕES

licitacoes@proscience.com.br

R. Santa Mônica, 820 - Bloco B


Parque Industrial San José

Cotia-SP | 06715-865

11 3197-2867

2 anexos

 **Edital 211-25.pdf**
803K

 **Relacaoltens15667805902112025000.pdf**
68K

SILVIANY DA SILVA COUTINHO GUIMARAES <silviany.guimaraes@ufj.edu.br>
Para: "Licitações [Proscience]" <licitacoes@proscience.com.br>

28 de outubro de 2025 às 14:55

Boa tarde!!

Seu pedido de esclarecimento foi encaminhado para o setor demandante. Informo que o mesmo será publicado no comprasgov.



Silviany da Silva Coutinho Guimarães

Coordenação de Licitações
Diretoria de Compras e Licitações
PROAD - Pró Reitoria de Administração e Finanças

Universidade Federal de Jataí
<http://ufj.edu.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

SILVIANY DA SILVA COUTINHO GUIMARAES <silviany.guimaraes@ufj.edu.br>
Para: GLYDSON PERES E PIRES <glydson@ufj.edu.br>

28 de outubro de 2025 às 14:56

Boa tarde!

Favor responder o pedido de esclarecimento.

**Silviany da Silva Coutinho Guimarães**

Coordenação de Licitações
Diretoria de Compras e Licitações
PROAD - Pró Reitoria de Administração e Finanças


Universidade Federal de Jataí

<http://ufj.edu.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

 **Edital 211-25.pdf**
803K

 **Relacaoltens15667805902112025000.pdf**
68K

GLYDSON PERES E PIRES <glydson@ufj.edu.br>

30 de outubro de 2025 às 15:52

Para: SILVIANY DA SILVA COUTINHO GUIMARAES <silviany.guimaraes@ufj.edu.br>

Seguem solicitações de esclarecimento respondidas

Gostaríamos de solicitar esclarecimentos referentes às especificações técnicas dos produtos solicitados.

Item 11 – Fonte de eletroforese

1. Equipamentos com uma faixa de tensão de 10 a 300V com incrementos de 1V atendem integralmente às atribuições do equipamento que pretendem adquirir?

Sim

2. Qual a faixa de tensão desejada para o equipamento em questão?

Faixa de tensão de 10 a 300V

3. Equipamentos com uma faixa de potência de 01 a 150W com incrementos de 1W atendem integralmente às atribuições do equipamento que pretendem adquirir?

Sim

4. Dimensões de 16cm X 20cm X 12cm atendem idealmente ao que buscam para o equipamento em questão?

Sim

Item 12 – Incubadora de CO2

1. Visto que não haverá perda na funcionalidade do produto, equipamentos com uma capacidade de 188L atendem ao que buscam?

Sim

2. Equipamentos com sistema de aquecimento por “jaqueta de ar quente” se enquadram idealmente ao que buscam no equipamento que pretendem adquirir?

Sim

3. Equipamentos com sistema de esterilização por “calor seco a 140°C” se enquadram idealmente ao que buscam no equipamento que pretendem adquirir?

Sim

Item 24 – Transiluminador tipo UV

1. No descritivo são citados 3 tipos de filtros distintos. Visto que, cada equipamento pode ser dotado de apenas um filtro de uma única dimensão, qual a dimensão ideal do filtro para o equipamento que pretendem adquirir?

Qualquer dimensão pode ser atendida

2. Equipamentos com alimentação 110V ou 220V poderão concorrer ao certame? Em caso positivo, qual a voltagem ideal?

220v ou bivolt

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

SILVIANY DA SILVA COUTINHO GUIMARAES <silviany.guimaraes@ufj.edu.br>
Para: "Licitações [Proscience]" <licitacoes@proscience.com.br>

30 de outubro de 2025 às 16:04

Boa tarde!!

Segue os esclarecimentos enviados pela equipe técnica demandante.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



SILVIANY DA SILVA COUTINHO GUIMARAES <silviany.guimaraes@ufj.edu.br>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO EDITAL DCL Nº 90211/2025 90211/2025

7 mensagens

Silvana Carvalho <licitacoes@jklab.com.br>

4 de novembro de 2025 às 14:07

Para: "licitacao@ufj.edu.br" <licitacao@ufj.edu.br>

Cc: Marcia Borges <vendas9@jklab.com.br>, Simone Mara <licitacao.go@jklab.com.br>

Boa tarde,

Sr. Pregoeiro

Referente ao item 04

CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA, TIPO A, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FILTRO HEPA NA EXAUSTÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NB-1, NB-2, CLASSE II, FLUXO DE AR: RECIRCULAÇÃO DE 70% DE AR, TIPO EXAUSTOR: EXAUSTÃO AMBIENTE INTERNO, COMPONENTES: JANELA CORREDIÇA, LÂMPADA G ERMICIDA, LUZ INTERNA, OUTROS COMPONENTES: TOMADA, VOLTAGEM: 220

Qual o tamanho?



Silvana Carvalho
Licitações/Vendas

☎ **62 99821-4658** 
☎ **62 3293-9388**
✉ licitacoes@jklab.com.br
🌐 www.jklab.com.br

  
@jklabbrasil

Representante:



Distribuidor:




SILVIANY DA SILVA COUTINHO GUIMARAES <silviany.guimaraes@ufj.edu.br>

4 de novembro de 2025 às 14:20

Para: Silvana Carvalho <licitacoes@jklab.com.br>

Cc: "licitacao@ufj.edu.br" <licitacao@ufj.edu.br>, Marcia Borges <vendas9@jklab.com.br>, Simone Mara <licitacao.go@jklab.com.br>

Boa tarde!

Qual a sua dúvida?



Silviany da Silva Coutinho Guimarães
Coordenação de Licitações
Diretoria de Compras e Licitações
PROAD - Pró Reitoria de Administração e Finanças

Universidade Federal de Jataí
<http://ufj.edu.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

SILVIANY DA SILVA COUTINHO GUIMARAES <silviany.guimaraes@ufj.edu.br>
Para: medicina@ufj.edu.br

4 de novembro de 2025 às 16:50

Boa tarde!!!

Favor responder ao pedido de esclarecimento.



Silviany da Silva Coutinho Guimarães
Coordenação de Licitações
Diretoria de Compras e Licitações
PROAD - Pró Reitoria de Administração e Finanças

Universidade Federal de Jataí
<http://ufj.edu.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

SILVIANY DA SILVA COUTINHO GUIMARAES <silviany.guimaraes@ufj.edu.br>
Para: Silvana Carvalho <licitacoes@jklab.com.br>

4 de novembro de 2025 às 16:52

Boa tarde!!

A solicitação foi devidamente encaminhada ao setor competente para as providências cabíveis. Tão logo seja emitida a manifestação conclusiva, as informações correspondentes serão disponibilizadas no Portal ComprasGov, em observância aos princípios da transparência e da publicidade previstos na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.



Silviany da Silva Coutinho Guimarães
Coordenação de Licitações
Diretoria de Compras e Licitações
PROAD - Pró Reitoria de Administração e Finanças

Universidade Federal de Jataí
<http://ufj.edu.br>

Em ter., 4 de nov. de 2025 às 14:07, Silvana Carvalho <licitacoes@jklab.com.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

SILVIANY DA SILVA COUTINHO GUIMARAES <silviany.guimaraes@ufj.edu.br>
Para: medicina@ufj.edu.br, FERNANDO PARANAIBA FILGUEIRA <filgueirafp@ufj.edu.br>

5 de novembro de 2025 às 17:01

Prezados(as),

Considerando o andamento do processo de contratação em referência, ressalto a importância de que o setor técnico responsável encaminhe **resposta ao pedido de esclarecimento** formulado pelos licitantes/fornecedores.

Nos termos do **art. 42, § 1º, da Lei nº 14.133/2021**, os pedidos de esclarecimento têm por finalidade garantir a **transparência**, a **isonomia** entre os participantes e a formação de **propostas adequadas às necessidades da Administração**. Assim, a ausência ou demora na resposta pode:

- prejudicar a competitividade do certame;
- comprometer a elaboração de propostas aderentes ao objeto;
- gerar risco de impugnações e recursos;
- acarretar atrasos no processo licitatório.

Dessa forma, solicito a gentileza de **priorizar o retorno das informações**, encaminhando-as de forma clara e fundamentada, para que possam ser publicadas no prazo legal e disponibilizadas a todos os interessados, conforme determina a legislação.

Permanecemos à disposição para eventuais orientações quanto à forma de resposta.

Atenciosamente,



Silviany da Silva Coutinho Guimarães

Coordenação de Licitações
Diretoria de Compras e Licitações
PROAD - Pró Reitoria de Administração e Finanças

Universidade Federal de Jataí
<http://ufj.edu.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Moisés Roque de Oliveira <moises.oliveira@ufj.edu.br>

5 de novembro de 2025 às 18:02

Para: SILVIANY DA SILVA COUTINHO GUIMARAES <silviany.guimaraes@ufj.edu.br>

Cc: FERNANDO PARANAIBA FILGUEIRA <filgueirafp@ufj.edu.br>, Medicina UFJ <medicina@ufj.edu.br>, GLYDSON PERES E PIRES <glydson@ufj.edu.br>

Prezados, boa tarde !

Segue abaixo o tamanho através das dimensões conforme solicitado no pedido de esclarecimento.

Medidas Internas
Largura 1266
Profundidade 590
Altura 610

Medidas Externas
Largura 138
Profundidade 720
Altura 2080 com a base

--



Moisés Roque de Oliveira

Assistente em Administração - TAE
Secretário da Coordenação
Medicina

Universidade Federal de Jataí
<http://portalufj.jatai.ufg.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

SILVIANY DA SILVA COUTINHO GUIMARAES <silviany.guimaraes@ufj.edu.br>

5 de novembro de 2025 às 21:26

Para: Moisés Roque de Oliveira <moises.oliveira@ufj.edu.br>

Cc: FERNANDO PARANAIBA FILGUEIRA <filgueirafp@ufj.edu.br>, Medicina UFJ <medicina@ufj.edu.br>, GLYDSON PERES E PIRES <glydson@ufj.edu.br>

Obrigado pelo retorno.



Silviany da Silva Coutinho Guimarães

Coordenação de Licitações

Diretoria de Compras e Licitações

PROAD - Pró Reitoria de Administração e Finanças

Universidade Federal de Jataí

<http://ufj.edu.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]



SILVIANY DA SILVA COUTINHO GUIMARAES <silviany.guimaraes@ufj.edu.br>

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO - PE 90211/2025 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

6 mensagens

Talita Carvalhino de Oliveira <talita.oliveira@hospcom.net>
Para: "licitacao@ufj.edu.br" <licitacao@ufj.edu.br>

4 de novembro de 2025 às 15:00

Boa tarde, Prezados.


A Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ: 05.743.288/0001-08, com sede na [Rua 104, N°74, Setor Sul, Goiânia-GO](#), por seu representante legal ao final assinado, vem respeitosamente à presença de Vossa senhoria, com fundamento nas disposições do Ato de convocação e nas leis que regem o processo, dentro do prazo legal, oferecer ESCLARECIMENTO ao edital pelas razões de fato e de direito que passa a expor em anexo.

Atenciosamente;



TALITA CARVALINHO DE OLIVEIRA
Analista de Licitação

www.hospcom.net (62) 3241-5555



#portfólioHOSPCOM

[in](#) Hospcom Hospitalar[hospcom](#)[@hospcom](#)[/hospcom](#)**2 anexos****ESCLARECIMENTOS.pdf**
138K**MELHORIA DE SUGESTIVO DE FILTROS.pdf**
40K

SILVIANY DA SILVA COUTINHO GUIMARAES <silviany.guimaraes@ufj.edu.br>
Para: GLYDSON PERES E PIRES <glydson@ufj.edu.br>, medicina@ufj.edu.br

4 de novembro de 2025 às 16:49

Boa tarde!!

Favor responder a esse pedido de esclarecimento.



Silviany da Silva Coutinho Guimarães
Coordenação de Licitações
Diretoria de Compras e Licitações
PROAD - Pró Reitoria de Administração e Finanças

Universidade Federal de Jataí
<http://ufj.edu.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

 **ESCLARECIMENTOS.pdf**
138K

 **MELHORIA DE SUGESTIVO DE FILTROS.pdf**
40K

SILVIANY DA SILVA COUTINHO GUIMARAES <silviany.guimaraes@ufj.edu.br>
Para: Talita Carvalhinho de Oliveira <talita.oliveira@hospcom.net>

4 de novembro de 2025 às 16:53

Boa tarde!!

A solicitação foi devidamente encaminhada ao setor competente para as providências cabíveis. Tão logo seja emitida a manifestação conclusiva, as informações correspondentes serão disponibilizadas no Portal ComprasGov, em observância aos princípios da transparência e da publicidade previstos na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

At.,



Silviany da Silva Coutinho Guimarães

Coordenação de Licitações
Diretoria de Compras e Licitações
PROAD - Pró Reitoria de Administração e Finanças

Universidade Federal de Jataí
<http://ufj.edu.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

SILVIANY DA SILVA COUTINHO GUIMARAES <silviany.guimaraes@ufj.edu.br>

5 de novembro de 2025 às 17:02

Para: GLYDSON PERES E PIRES <glydson@ufj.edu.br>, medicina@ufj.edu.br, FERNANDO PARANAIBA FILGUEIRA <filgueirafp@ufj.edu.br>

Prezados(as),

Considerando o andamento do processo de contratação em referência, ressalto a importância de que o setor técnico responsável encaminhe **resposta ao pedido de esclarecimento** formulado pelos licitantes/fornecedores.

Nos termos do **art. 42, § 1º, da Lei nº 14.133/2021**, os pedidos de esclarecimento têm por finalidade garantir a **transparência**, a **isonomia** entre os participantes e a formação de **propostas adequadas às necessidades da Administração**. Assim, a ausência ou demora na resposta pode:

- prejudicar a competitividade do certame;
- comprometer a elaboração de propostas aderentes ao objeto;
- gerar risco de impugnações e recursos;
- acarretar atrasos no processo licitatório.

Dessa forma, solicito a gentileza de **priorizar o retorno das informações**, encaminhando-as de forma clara e fundamentada, para que possam ser publicadas no prazo legal e disponibilizadas a todos os interessados, conforme determina a legislação.

Permanecemos à disposição para eventuais orientações quanto à forma de resposta.

Atenciosamente,

**Silviany da Silva Coutinho Guimarães**

Coordenação de Licitações
Diretoria de Compras e Licitações
PROAD - Pró Reitoria de Administração e Finanças

Universidade Federal de Jataí<http://ufj.edu.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Moisés Roque de Oliveira <moises.oliveira@ufj.edu.br>

5 de novembro de 2025 às 18:10

Para: SILVIANY DA SILVA COUTINHO GUIMARAES <silviany.guimaraes@ufj.edu.br>, Medicina UFJ

<medicina@ufj.edu.br>

Cc: GLYDSON PERES E PIRES <glydson@ufj.edu.br>, FERNANDO PARANAIBA FILGUEIRA <filgueirafp@ufj.edu.br>

Prezados, boa tarde !

Em resposta ao pedido de esclarecimento segue:

1. Quanto ao equipo com trecho de silicone, compreendemos a informação fornecida pela empresa fornecedora, portanto, informamos que o mesmo pode conter ou não o trecho de silicone.
2. Quanto ao equipo dedicado o mesmo poderá ser universal, ou seja, poderá ser compatível com recomendações dos fabricantes.

Atenciosamente,

--

**Moisés Roque de Oliveira**

Assistente em Administração - TAE
Secretário da Coordenação
Medicina

Universidade Federal de Jataí<http://portalufj.jatai.ufg.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

SILVIANY DA SILVA COUTINHO GUIMARAES <silviany.guimaraes@ufj.edu.br>

5 de novembro de 2025 às 21:26

Para: Moisés Roque de Oliveira <moises.oliveira@ufj.edu.br>

Cc: Medicina UFJ <medicina@ufj.edu.br>, GLYDSON PERES E PIRES <glydson@ufj.edu.br>, FERNANDO PARANAIBA FILGUEIRA <filgueirafp@ufj.edu.br>

Obrigada pelo retorno.

**Silviany da Silva Coutinho Guimarães**

Coordenação de Licitações
Diretoria de Compras e Licitações
PROAD - Pró Reitoria de Administração e Finanças

Universidade Federal de Jataí<http://ufj.edu.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

ESCLARECIMENTOS

Senhores, com base no termo de referência do edital no item 3 (**Bomba de Infusão**) gostaríamos de apresentar o esclarecimento abaixo:

- **TRECHO DE SILICONE**

Em relação à solicitação de **EQUIPO COM TRECHO DE SILICONE**, gostaríamos de esclarecer alguns pontos importantes sobre nossos produtos e sua conformidade com as normas de qualidade e segurança. Nossos equipamentos não possuem trecho de silicone; no entanto, isso não compromete a qualidade de uso. Todos os nossos produtos estão em conformidade com as normas exigidas e são fabricados com materiais de alta qualidade, garantindo a segurança e a eficácia durante a infusão. O uso de materiais alternativos ao silicone não afeta o desempenho ou a segurança dos equipamentos. Os materiais utilizados na fabricação de nossos equipamentos são cuidadosamente selecionados para garantir durabilidade, segurança e eficiência durante a infusão. Todos os nossos equipamentos atendem rigorosamente às normas estabelecidas pela ANVISA, assegurando que estejam aptos para uso seguro em pacientes. A ausência de trecho de silicone não compromete a qualidade ou a segurança do uso de nossos equipamentos, que são projetados para oferecer desempenho confiável e seguro.

Além disso, gostaríamos de sugerir uma alteração no edital para que a exigência seja mais inclusiva, permitindo uma maior participação de fornecedores e promovendo uma concorrência mais ampla e justa. Sugerimos a seguinte modificação na exigência do edital: "Sugerimos que a exigência de trecho de silicone seja alterada para: '**TRECHO DE SILICONE OU NÃO, SE O EQUIPAMENTO OFERTADO DISPENSAR ESSA NECESSIDADE**'." Estamos comprometidos em fornecer produtos que garantam a segurança e a eficácia necessárias para o tratamento dos pacientes e acreditamos que a inclusão dessa alteração no edital beneficiará tanto o processo de licitação quanto a qualidade dos equipamentos adquiridos.

- **EQUIPO DEDICADO**

Em relação à especificação do edital que solicita o uso de **equipo dedicado**, gostaríamos de apresentar um esclarecimento quanto à solução que será fornecida.

As bombas de infusão oferecidas pela nossa empresa serão acompanhadas de **equipos compatíveis e recomendados pelo fabricante**, garantindo total segurança, precisão e eficácia na administração da terapia. Embora não sejam classificados como "dedicados" no sentido restrito, esses equipamentos são projetados para funcionar perfeitamente com os equipamentos fornecidos, mantendo a integridade da infusão e a proteção ao paciente.

Essa abordagem permite maior flexibilidade logística e operacional, sem comprometer os padrões técnicos exigidos. Diante disso, entendemos que a solução apresentada atende plenamente aos objetivos do edital e gostaríamos de confirmar se essa configuração poderá ser considerada **adequada**.