



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

**PROCESSO Nº23854.006749/2025-81
PE 90211/2025**

PARECER TÉCNICO

Nº DO ITEM NO PREGÃO	UND	QUAN	MATERIAL LICITADO	EMPRESA GANHADORA	CNPJ	Resultado da Análise
1	UN	1	Agitador Magnético Com Aquecimento 120v/60hz; Faixa De Velocidade: 60-1150rpm; Microprocessador Mantém As Configurações De Temperatura Consistentes E Repetíveis De 5°C (Se A Temperatura Ambiente For 0°C Ou Inferior) Até 550°C; Display Digital Led De Temperatura Ajustável Em Incrementos De 5°C.	POLUX COMERCIAL LTDA	12.287.498/0 001-02	Aprovado
2	UN	3	Autoclave, Descontaminação, Tipo Estrutura Caldeira Vertical Em Aço Inoxidável, Aisi 304, Capacidade 75l.	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECN	36.999.842/0 001-46	Reprovado
3	UN	1	Bomba, Infusão Volumétrica Linear De Equipo, Fabricação Nacional, Projetada Para Uso Em Infusão De Soluções Por Via Enteral Ou Parenteral, Com Controle Eletrônico Programável, Utiliza Descartável Dedicado Com Trecho De Silicone, Sistema De Propulsão Peristáltico Linear.	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.593.430/0 001-50	Aprovado



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

4	UN	2	Cabine Segurança Biológica, Tipo A, Material Aço Inoxidável, Tipo Filtro Hepa Na Exaustão, Características Adicionais: Nb-1, Nb-2, Classe Ii, Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar, Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno, Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna, Outros Componentes: Tomada, Voltagem: 220.	BRONKS COMERCIO LTDA	48.828.129/0 001-19	Reprovado
5	UN	4	Carrinho Distribuição, Aplicação: Transporte, Tipo: Carro Cuba De 190 Litros, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Material Bandeja: Chapa Aço Inoxidável. Altura: 800 Mm, Comprimento: 904 Mm, Largura: 650 Mm. Tipo Rodízio: Diâmetro De 5", 4 Sendo 2 C/ Trava P/ Estacionar. Características Adicionais: Dreno Com Válvula De Esfera Para Escoamento De Líquido.	M B COSTA ACESSORIOS LTDA	40.183.585/0 001-47	Aprovado
6	UN	1	Chapa Aquecedora, Gabinete Em Aço Com Tratamento Anticorrosivo E Pintura Eletrostática Epóxi; Plataforma De Aquecimento Em Alumínio Polido Com Resistência Tubular E Blindada Incorporada; Aquecimento Controlado Por Sistema Eletrônico Ajustável Pelo Usuário Com Escala Referencial Entre Os Pontos De 0 A 10; Alimentação 220 Volts; Potência: 1500 Watts; Temperatura: De 50 A 300°C;.	CIENLAB EQUIPAMENTO S CIENTIFICOS LTDA	09.019.664/0 001-77	Aprovado



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

7	UN	2	Destilador De Água. Capacidade: 3 Litros, Voltagem 220v, Características: Descarga Rápida Na Falta D'água, Lâmpada De Indicação.	SOLVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	45.438.636/001-58	Reprovado
8	UN	1	Dispensador De Parafina, Capacidade De Até 4 Litros De Parafina, Dispensa Até 5ml.			Fracassado
9	UN	2	Estufa Laboratório, Aço Inox, 110l, 3 Bandejas, Porta De Vidro, Para Cultura Bacteriológica.	EVEN COMERCIAL LTDA	53.568.001/001-01	Aprovado
10	UN	1	Foco Cirúrgico, Tipo: Clínico, Portátil; Lâmpada/Vida Útil: Led Mín 20.000 H; Luminosidade: Cerca De 20.000 Lux Altura: Altura Ajustável; Estrutura 1: Haste Rígida E Parte Superior Flexível Cromadas; Rodízios: Base Metálica, C/ Pintura Epóxi, C/ Rodízios.	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.593.430/001-50	Aprovado
11	UN	1	Fonte, Energia, Aplicação Aparelho Eletroforese De Alta Corrente - Lps 300hc. Este Equipamento Fornece Energia Para Ensios De Eletroforese Com Dna E Rna Genômico, Proteínas, Pcr, Mini-Preps E Blottings.	AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORI	04.880.181/001-49	Aprovado
12	UN	1	Incubadora, Laboratório, Ajuste Digital, Com Painel De Controle, Programável, Tipo De Co2, Volume Cerca De 230l, Temperatura Controle		Valor acima do estimado, não houve negociação.	Fracassado



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

			Temperatura Até 50°C, Até 5 Prateleiras.			
13	UN	2	Phmetro De Bancada Com Atc. Ph0-14. 220v. Equipamento Leve; Display Ampla Em Lcd; Informações Técnicas: Especificações Técnicas Descrição Faixa De Medição De Ph 0,00-14,00 Faixa De Medição De Mv -1999 A 999mv Faixa De Temperatura 0° – 99,9°C Resolução 0,01 Ph; 1mv; 0,1°C Conector Bnc Compensação De Temperatura Sim Peso 1,5 Kg Dimensões 290 X 210 X 95 Mm Tensão Ac 110 V/60 Hz Ou Ac 220 V/60 Hz.	PRECISO EQUIPAMENTOS PARA LABORAT	45.827.291/001-24	Aprovado
14	UN	1	Mesa, Anatomia, Aplicação Necrópsia, Elétrica, Material Aço Inoxidável, Estrutura Gabinete Inferior Com Portas, Pia Com Torneira, Triturador, Aspirador, Superfície Com Placas Perfuradas E Removíveis, Comprimento Cerca De 2600mm.			Fracassado
15	UN	2	Mesa, Mayo, Material Estrutura Tubular Em Aço Inox, Altura Regulável, Com Bandeja Em Aço Inox Mínimo De 46x30cm, 3 Rodízios.	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.593.430/001-50	Aprovado
16	UN	1	Micropipeta, Multicanal, 8 Canais, Mecânica, Autoclavável, Capacidade Aspiração Até 300 Mcl, Ajuste Volume Regulável, Com Ejetor De Ponteira.	EVEN COMERCIAL LTDA	53.568.001/001-01	Aprovado



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

17	UN	1	Microscópio, Tipo De Análise:Óptico, Tipo:Trinocular, Aumento:C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x, Componentes:Iluminação Em Led, Outros Componentes:Com Câmera De Vídeo Integrada, Adicional:Inclinação Até 30°, Rotação 360°.	EVEN COMERCIAL LTDA	53.568.001/0 001-01	Reprovado
18	UN	1	Modelo Anatômico Para Fins Didáticos, Material:Pvc E Polímeros Flexíveis, Finalidade:Treinamento De Rcp Eletrônico, Tipo:Manequim Adulto Com Display Eletrônico, Aplicação:Treinamento, Características Adicionais:Anatomia Do Tórax, Mamilos, Costelas, Esterno.	COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E	10.201.546/0 001-64	Aprovado
19	UN	1	Modelo Anatômico Para Fins Didáticos, Material:Pvc E Polímeros Flexíveis, Finalidade:Treinamento De Rcp Eletrônico, Tipo:Manequim Infantil Com Display Eletrônico, Características Adicionais:Anatomia Do Tórax, Mamilos, Costelas, Esterno.	LUIZ TADEO DAMASCHI	01.424.128/0 001-45	Aprovado
20	UN	1	Placa Refrigerada – Pr19, Capacidade: 100 Cassetes Plásticos Ou 80 Blocos De Parafina. Altura: 262mm / Largura: 486mm / Profundidade: 610mm; Peso Líquido: 30 Kg; Potência: 200 Watts Tensão: 110 Volts Ou 220 Volts 50/60 Hertz; Corrente: 1 A (220vac) E 2 A (110vac); Proteção: Através De	DI SALVI EQUIPAMENTO S PARA LABORATOR	61.363.747/0 001-07	Aprovado



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

			Fusível; Temperatura De Trabalho Até -20°C.			
21	UN	1	Processador De Tecido, Ajuste:Ajuste Digital, Programável, Componentes:C/ Visor E Painel Controle, Capacidade:Até 300 Cassetes, Adicional:Alarmes, Segurança:C/ Sistema Segurança Falta Energia, Volume Câmara:Até 5 L, Controle Temperatura:Controle Temperatura Até 70 °c.			Fracassado
22	UN	1	Serra Elétrica Para Cortar Gesso Hospitalar, Características Adicionais: Cabo De Força 3m, Elétrica, 180w Modelo: Motor Tipo Universal Mínimo 18.000rpm.	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PROD	24.864.422/001-73	Aprovado
23	UN	1	Sistema Eletroforese, 25cm X 20 Cm Tipo:Horizontal, Apresentação:Conjunto Completo, Componentes:Com Placas, Pentes, Espaçadores, Outros Componentes:Suportes, Tampas, Cubas, Adicional:Até 60 Poços (Componentes Para A Execução De Géis De Agarose).	FAMIL LAB LTDA	44.214.782/001-37	Aprovado
24	UN	1	Transiluminador, Tipo Uv Para Gel, Com Porta Frontal E Visor, Onda 312 Nm.	P M VALES COMERCIO E SERVICOS	41.723.330/001-92	Aprovado



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

Resultado da Análise: **Reprovados (2,4,7,17)**

Justificativa

Item 2 – Reprovado

O equipamento ofertado possui sistema de regulação eletrônica, não atendendo a necessidade de regulação analógica.

Item 4 – Reprovado

A proposta apresentada não inclui a base do equipamento e válvula de gás ou vácuo, componentes necessários.

Item 7 – Reprovado

O equipamento apresentado não atende a necessidade, sendo o tipo Pilsen adequado.

Item 17 – Reprovado

O equipamento ofertado possui lente acromática, não atendendo a necessidade de lente planacromática. Além disso, a câmera ofertada possui resolução de 1,3 mp não atendendo a necessidade de 5 mp.

Jataí, 13 de novembro de 2025.

Moisés Roque de Oliveira
Coordenador Administrativo do Curso de Medicina
Portaria SEI 170/2025